

Belo Horizonte, 07 de maio de 2019.

PAQ LVC

Relatório do desempenho nº 37/2019

Laboratório Participante: TECSA

Número da rodada: 1ª rodada de 2019

Período avaliado: Janeiro, fevereiro e março de 2019

Método: ELISA

	Resultados do SDP			
		Reativo	Não reativo	Total
Resultados do laboratório da rede	Reativo	12	0	12
	Não reativo	0	12	12
	Total	12	12	24

KAPPA
1
Interpretação
Excelente

Notas, Correções e sugestões de melhorias

Excelente concordância no teste de ELISA. Número correto de amostras enviadas. Parabéns!

Serviço de Doenças Parasitárias

Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças

Instituto Otávio Magalhães-LACEN/MG

Fundação Ezequiel Dias



Documento assinado eletronicamente por **Regina Marcia Bahia Paiva, Servidor(a) Público(a)**, em 09/05/2019, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4759615** e o código CRC **67BC1009**.

Referência: Processo nº 2260.01.0005141/2019-93

SEI nº 4759615

PAQ Leishmaniose visceral canina

PROCEDÊNCIA: LAB.TECSA				DATA DE ENTRADA: 16/04/2019		
TIPO DE AMOSTRA: SORO				DATA DA REALIZAÇÃO: 07/05/2019		
KIT UTILIZADO PELO SDP: BIOGENE						
Registro Interno Funed	Nome/Identificação da amostra	Resultado enviado EIE	Resultado SDP EIE	Resultado enviado TR DPP	Resultado SDP TR DPP	Observação
3202	TR1	NR	NR	-	-	-
3203	TR2	NR	NR	-	-	-
3204	TR3	NR	NR	-	-	-
3205	TR4	NR	NR	-	-	-
3206	TR5	NR	NR	-	-	-
3207	TR6	NR	NR	-	-	-
3208	TR7	NR	NR	-	-	-
3209	TR8	NR	NR	-	-	-
3210	TR9	NR	NR	-	-	-
3211	TR10	NR	NR	-	-	-
3212	TR11	NR	NR	-	-	-
3213	TR12	NR	NR	-	-	-
3214	TR13	R	R	-	-	-
3215	TR14	R	R	-	-	-
3216	TR15	R	R	-	-	-
3217	TR16	R	R	-	-	-
3218	TR17	R	R	-	-	-
3219	TR18	R	R	-	-	-
3220	TR19	R	R	-	-	-
3221	TR20	R	R	-	-	-
3222	TR21	R	R	-	-	-
3223	TR22	R	R	-	-	-
3224	TR23	R	R	-	-	-
3225	TR24	R	R	-	-	-
Legendas:						
R= reagente NR = não reagente IND= indeterminado 2X= repetido e confirmado						
EIE= Ensaio Imunoensimático TR= Teste Rápido Imunocromatográfico						



Documento assinado eletronicamente por **Regina Marcia Bahia Paiva, Servidor(a) Público(a)**, em 09/05/2019, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4759941** e o código CRC **802CD08B**.